

ANEXO 1. Esquemático de simulación FEMM del tejido más el electrodo

Con el fin de visualizar con mayor claridad el aspecto del conjunto formado por los electrodos y el tejido hepático se adjuntan los esquemas del sistema simulado en FEMM.

En la figura 28 está representada la sección con $x=0$ bajo situación inicial en la que todos los patches están conectados a la misma polaridad de alimentación, vista en el apartado 2.5.




Fig. 28. Sección del esquema inicial simulado.

En la figura 29 está representada de nuevo la sección con $x=0$ de la política Gap-Filling, en la que los patches se alimentan de manera diferencial buscando una mayor curvatura del campo entre placas.




Fig. 29. Sección del esquema diferencial simulado.

La figura 30 es el esquemático empleado en el entorno de simulación.




Fig. 30. Esquemático en entorno de simulación.